

יש להכניס אישור קונסטרוקטור לגבי החיזוק של קונסטרוקציה עילית לתמונה בסיסים לדפוס חיזוק ודמיגרף התמצב אינדיקטור לבחינת תכנית התשתית ואת התמונה נא לשלוח תמונות של חיזוק דרכים מנסות ודורו קריטיק

תנאים סביבתיים הדרושים בחדר

א. טמפרטורת החדר: $18^{\circ}\text{--}30^{\circ}\text{C}$

ב. לחות יחסית: $15\text{--}80\%$

ג. נדרשת שמפפרורה אחידה בחדר כלל אינדיקטור במספרפרורה מעל/ממתחת: $+6^{\circ}$ במהלך יום עבודה

[illegible]

אין להעתיק תכנית זו או להעביר לגורם אחר
מבלי לקבל אישור מכללית הנדסה רפואית בע"מ

קירות פנימיים:
מיון שווה ערך ל- 1.5 מ"מ עופרת לפחות, מהרצפה עד לגובה התקרה (ולא פחות מגובה של 2.50 מ').



משקופים:
יש להשתמש במשקופי מחכת בלבד.
במידה וקיים חוסר חפיפה בין חלקי המגן, יש להוסיף עופרת וליצור חפיפה.

רצפה:
ברצפה דרוש מיגון שווה ערך ל 1.5 מ"מ עופרת לפחות, על השטח שמעליו מתאפשרת תנועת האשפופות, בתוספת 25 ס"מ מכל צד. במקומות קרקע נלא מרתף לא דרוש מיגון רצפה

קיר מגן לחדר הפעלה (הפונה לחדר הרנסאנס):
מגוון שווה ערך ל-2 מ"מ עופרת לפחות, מהרצפה עד לגובה התיקרה (ולא פחות מגובה של 2.5 מ').
כל חלון בקיר זה ימוגן בזכוכית שוות ערך ל-2 מ"מ עופרת.

עמדת פיקוד נמצאת בתוך חדר הרנטגן עצמו, יש להגן עליה במחיצת מגון שוות ערך ל-2 מ"מ עופרת, שגובהה 2.5 מ' ורוחבה 1.2 מ' לפחות. רצוי שהמחיצה תחובר בצידה האחד לקיר ובצידה השני תהיה כנף באותו גובה וברוחב 80 ס"מ לפחות. אם המחיצה לא תחובר לקיר, אזי יהיו לה כנפיים "כ"י

1 מ"מ עופרת שווה ל- 8 ס"מ בטון מזוין בצפיפות הנ"ל.



2. איז פרם זה חסר פרמים בשל לחיזוק המסגרת לקיר בקיר המגן ב-2 ס"מ מכל צד כולל בין הזכוכיות.
3. מבט מחדר בקרה לחדר עבודה.
4. כל המידות במ"מ פרט למסומן אחרת